

Svar på skriftligt spørgsmål SSS 456/2022 rd

Svar på skriftligt spørgsmål om beredskap inför elavbrott med tanke på respiratorpatienterna inom hemvården

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spørgsmål SS 456/2022 rd undertecknat av riksdagsledamot Peter Östman /kd m.fl.:

Hur ämnar regeringen förbereda sig inför vinterns elavbrott med tanke på patientsäkerheten för patienter i respirator?

Som svar på detta spørgsmål anför jag följande:

Patienter med andningsförlamning är en patientgrupp inom den specialiserade sjukvården. På universitetssjukhusen finns andningsförlamningsenheter som sköter vården av andningsförlamningspatienter utanför sjukhuset. Vården sker i regel hemma och omfattar övergripande basvård av patienten och övervakning av respiratorn. För att ett tryggt livsuppehållande invasivt andningsstöd ska kunna ordnas förutsätts att en kompetent yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en person med annan utbildning för denna vårdform är närvarande, oftast dygnet runt.

I Finland finns för närvarande ingen enhetlig praxis för hur ett kontinuerligt och långvarigt behov av respirator ska tolkas. Därför har inte alla som använder livsuppehållande respirator status som andningsförlamningspatienter. Tjänster för personer som använder respirator, men som inte har status som andningsförlamningspatienter, ordnas enligt behov och situation på normalt sätt med stöd av socialvårdslagen, handikappservicelagen och hälso- och sjukvårdslagen. Därför kan man inte skapa ett register över uppgifter om bostadsort för alla personer som behöver respirator.

Standarderna för medicintekniska produkter innehåller krav och rekommendationer för tillverkare av dessa produkter. Respiratorerna har larm, ljudlarm och information på apparatens skärm som berättar hur mycket av batteriet som återstår. Flera modeller har batterikapacitet från till exempel åtta timmar och uppåt. Dessutom finns det reservbatterier till respiratorerna. Det är skäl att beakta att assistenter till personer som använder respirator ska vara beredda på funktionsstörningar i apparaterna. En person som använder en livsuppehållande apparat kan kontakta sin egen vårdinstans och göra upp en plan för strömavbrott. I sista hand kan man överväga att flytta personen till exempel till en vårdenhets eller ett sjukhus under avbrottet.

Kommunerna och i fortsättningen välfärdsområdena är skyldiga att genom beredskapsplaner och andra förebyggande åtgärder förbereda sig för störningssituationer och undantagsförhållanden. I beredskapsplanerna antecknas hur social- och hälsovårdens serviceverksamhet tryggas i störningssituationer. I beredskapsplanerna har man också beaktat störningar i eldistributionen. Det är viktigt att kartlägga riskerna i anslutning till vården och metoderna för att lösa dem i klient- eller patientplanerna.

Helsingfors 26.9.2022

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén